INFEKTSIOONID

Flowflex™ COVID-19

SARS-CoV-2 antigeeni kiirtest ninaproovist

Tootja: ACON Biotech · enesetest koduseks kasutamiseks



PROOV	TULEMUS	TUNDLIKKUS	SPETSIIFILISUS
Ninaproov (2,5 cm)	**15 min**	**97,1%**	**99,5%**

Mis on test?

Flowflex™ on antigeeni kiirtest, mis tuvastab ninaproovist SARS-CoV-2 viiruse ehk COVID-19 tekitaja. Proov võetakse ninasõõrme eesosast vaid umbes 2,5 cm sügavuselt, mistõttu on testimine mugav ka kodus. Test sobib nii sümptomitega kui ka sümptomiteta inimestele.

Kellele ja millal testida?

- Hingamisteede sümptomid: palavik, köha, nohu, kurguvalu
- Esimese 7 päeva jooksul pärast sümptomite algust
- Pärast kokkupuudet haigestunuga või enne kohtumist riskirühma kuuluva inimesega

Oluline teada

Test on kõige täpsem esimese 7 päeva jooksul pärast sümptomite algust. Kui C-joont ei ilmu, on test kehtetu. Ärge jätke teste pakase kätte (nt õues asuvasse pakiautomaati).

Kuidas testida?

1. Peske ja kuivatage käed, asetage testi osad puhtale lauale.
2. Sisestage vatitikk umbes 2,5 cm sügavusele ninasõõrmesse ja keerutage 5 korda. Korrake teises ninasõõrmes.
3. Pange vatitikk katsutisse ja keerutage 30 sekundit, seejärel pigistage tikk välja.
4. Sulgege katsuti ja tilgutage testkassetile 4 tilka.
5. Lugege tulemus 15 minuti pärast.

Tulemuse tõlgendamine

Positiivne tulemus

Nähtavad on C- ja T-joon: proovis tuvastati SARS-CoV-2 antigeen. Vältige kontakti teistega ja pidage vajadusel nõu perearstiga.

Negatiivne tulemus

Nähtav on ainult C-joon: antigeeni ei tuvastatud. Sümptomite püsimisel korrake testi hiljem või pidage nõu arstiga.

Kiirtest on mõeldud esmaseks enesetestimiseks ega asenda arsti diagnoosi. Lugege enne kasutamist pakendis olevat kasutusjuhendit. Täpsus = tootja hindamisaruannetes toodud kokkulangevus referentsmeetodiga.