ORGANID JA AINEVAHETUS

kodutest.ee

LIVER-Screen®

Maksafunktsiooni kiirtest

Tootja: Vedalab · enesetest koduseks kasutamiseks

PROOV	TULEMUS	PIIRVÄÄRTUS	TÄPSUS
Sõrmeotsaveri	**10 min**	**ALAT/ASAT 80 IU/l**	**89,2%**

Mis on test?

Maks lagundab toitu, puhastab verd, toodab valke ja talletab energiat. Maksakahjustuse korral vabanevad verre ensüümid ALAT ja ASAT. LIVER-Screen® tuvastab ühe testiga mõlema transaminaasi kõrgenenud taseme sõrmeotsaverest.

Kellele ja millal testida?

- Tume uriin, hele väljaheide, kollakad silmad või nahk
- Söögiisu puudumine, kõhu paistetus, nõrkus
- Riskitegurid: alkohol, ülekaal, ravimid, diabeet

Oluline teada

Transaminaaside tõusu võib põhjustada ka intensiivne treening või ülekaal. Diagnoosi saab panna ainult arst.

Kuidas testida?

1. Peske ja kuivatage käed, asetage testi osad puhtale lauale.
2. Puhastage sõrmeots ja torgake seda kaasasoleva lantsetiga.
3. Koguge veri pipetiga kuni märgitud jooneni.
4. Kandke veri kasseti prooviaknasse ja oodake 30–40 sekundit.
5. Lisage 4 tilka lahjendit, 2–3-sekundilise vahega.
6. Lugege tulemus 10 minuti pärast (mitte hiljem kui 15 min).

Tulemuse tõlgendamine

Positiivne tulemus

Sinise kontrolljoone kõrval on üks või kaks punast joont: ALAT ja/või ASAT tase on üle 80 IU/l. Näidake tulemust arstile.

Negatiivne tulemus

Ainult sinine kontrolljoon: transaminaaside tase on alla 80 IU/l ehk normi piires.

Kiirtest on mõeldud esmaseks enesetestimiseks ega asenda arsti diagnoosi. Lugege enne kasutamist pakendis olevat kasutusjuhendit. Täpsus = tootja hindamisaruannetes toodud kokkulangevus referentsmeetodiga.